

文件名稱	國立臺灣海洋大學緊急沖淋設備 (洗眼器)自動檢查表	文件編號	0I-職- 12-01-A	文件類別	作業表單	修訂日期	2017.10.23	版次	1	頁次	
------	------------------------------	------	------------------	------	------	------	------------	----	---	----	--

單位/系所名稱：_____ 場所/實驗室名稱：_____ 負責人/教師：_____

法定檢查週期：每月至少檢查一次

設備類型/編號：

	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	檢查日期												
	檢查人簽名												
1、周圍 1.5 公尺及通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞設有護蓋）	目視檢查												
2、設備無銹蝕、損壞、變形、零件欠缺損壞變形、鬆動、零件欠缺等情形	目視檢查												
3、各接頭密合、不漏水，出水口整潔、無雜物阻塞	目視檢查												
4、控制閥（壓柄、腳踏板、或拉環）機能正常	操作檢查												
5、確認水質無污濁情形，水壓、水溫均適當	操作檢查												
6、排水孔、排水管保持順暢	操作檢查												
7、標示設於顯而易見處	目視檢查												
異常狀況與改善措施：						複查：							

1、依「職業安全衛生設施規則」辦理，本表應保存三年備查。

2、檢點記號：正常「○」，異常「×」，不適用「—」。

3、若發現異常狀況時應立即停止作業並進行改善，仍無法改善者，應通報場所負責人/教師以及管理單位。

4、異常狀況排除前不得作業，恢復作業前應由場所負責人/教師或管理單位進行複查。

5、檢點內容得依實際需求增訂。